Adhésif indicateur de stérilisation

MàJ: Janv. 2021

+

pour un contrôle rapide
de la stérilisation
de vos instruments



nouveau produit 2021

Vos instruments sont-ils stérilisés?

Devez-vous les laisser encore?

Oui mais alors, combien de temps encore?

Notre adhésif indicateur vous lèvera les doutes que vous pourriez avoir.

Fermez le papier de stérilisation enveloppant vos instruments à l'aide d'une bande de notre adhésif indicateur. Dès qu'ils sont stérilisés, des lignes de couleur foncée vont apparaître. Cela signifiera que vos instruments ont été correctement stérilisés. Inutile d'attendre plus longtemps pour les retirer de l'autoclave.

Pour des manipulations fiables et courtes.

Les lignes de couleur claire sur l'adhésif deviendront foncées après 20 mn en autoclave à 121°C.

type	rouleau
largeur	19 mm
longueur	50 m
couleur	lignes jaune clair
couleur après usage correct	lignes marron
norme	ISO 11140-1 Classe 1

Grossard