
iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	**02/09/2020**
	Dernière Mise à jour :	**26/12/2023**
	Version :	**1**

PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE






Référence article	**GR05001**
Description	PIPETTE SEROLOGIQUE 50 ML
Volume (précision)	50 ml (± 2 % REMPLISSAGE TOTAL)
Graduation	1/2 Graduation positive et négative
Matériel	100 % Polystyrène vierge
Code couleur	Noir
Dimension	
Détails	Non pyrogénique
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie *(* condition idéale de stockage)*	3 ans date de fabrication*
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérilePapier/plastique Boite de 100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron - Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax : (33) 02 40 92 07 10
SAS au Capital de 3 750 000 Euros - RCS Nantes 538 755 513 - Siret 538 755 513 00024 - NAF 4669B - TVA FR 74 538 755 513

Grosseron