TITOLCHIMICA S.P.A.
Via Dell'Artigianato, 2
45030 Villamarzana (RO)
Italia/Italy
C.F. e P.IVA: IT 00748970290
R.E.A. RO n.92331
Reg. Imprese C.C.I.A.A. RO n.4362

Tel. +39(0)425 492644
info@titolchimica.it
titolchimica@pecsicura.it
www.titolchimica.it

CERTIFICAT D'ANALYSE

TAMPON solution pH 7,00 à 25°C JAUNE|ml 1000

Code	86700
Numéro de lot	22108311
Date de production	23/08/2023
Date d'expiration	septembre/2028
Aspect	Liquide transparent jaune

Caractéristique	u.m.	Valeur trouvée	Limites
pH (25° C)		7,00	6,98 - 7,02

Ce produit a été préparé et vérifié conformément au système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001 de Titolchimica S.p.A. certifié par Certiquality. Le méthode de contrôle interne utilisée est le MC384.
Chaque "valeur trouvée" est le résultat d'une mesure, c'est-à-dire la valeur attribuée au mesurande obtenu par mesure (deuxième édition du Guide EUROCHEM / CITAC CG4, Annexe B - Définitions).
Titolchimica S.p.A., afin de maintenir une homogénéité appropriée des valeurs trouvées pour chaque lot de production, a établi des limites de spécification ("Limites") dans lesquelles ces valeurs doivent se situer au moment de la préparation.

Les balances utilisées pour peser les matières premières sont étalonnées par le centre d'étalonnage ACCREDIA LAT N.044 et étalonnées quotidiennement à l'aide d'échantillons de masse étalonnés par le centre d'étalonnage susmentionné, en référence à des échantillons de masse étalonnés à l'Institut national de recherche et de métrologie. (INRIM).

The reported value is traceable through a chain of comparisons to the Standards Reference Material 186I-186II of the National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)

Date du Certificat
24/08/2023

LE LABORATOIRE DE CONTRLE QUALITÉ

LE CERTIFICAT SE RÉFÈRE AU CODE PRODUIT. LES LETTRES SUR L'ÉTIQUETTE APRÈS LE CODE SONT OMISES PARCE QU'ELLES IDENTIFIENT EXCLUSIVEMENT LA COUPE.